

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA CON LA FONDAZIONE IRCSS SAN MATTEO DI PAVIA E ASST MELEGNANO E MARTESANA, PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI BIENNALI DI FORNITURA DI VIDEOCAPSULE INGERIBILI PER INDAGINI ENDOSCOPICHE, **SUDDIVISA IN 4 LOTTI**

Vimercate, 16 aprile 2018

Domanda 1:

siamo a richiedere se fosse possibile scorporare la capsula patency dal lotto 2 per favorire una più ampia partecipazione.

Risposta 1:

Per favorire la massima partecipazione per il lotto 2 guesta ASST decide di procedere con lo stralcio dal Lotto 2 della voce 2B e, pertanto, i concorrenti dovranno presentare offerta unicamente per la voce 2A.

A seguito della su citata modifica i concorrenti, formulazione della propria dovranno tenere in considerazione quanto segue:

BASE D'ASTA LOTTO BIENNALE

la base d'asta viene rideterminata in un importo biennale di euro 137.280,00, anziché di euro 142.248,00, nella formulazione dell'offerta economica dovrà essere pertanto offerto un importo non superiore al predetto importo.

IMPORTO FIDEIUSSIONE:

L'importo della fideiussione da presentare è pari ad euro 2.745,60 - in ogni caso sarà ritenuta valida anche la fideiussione di importo di euro 2.844,96

VALUTAZIONE TECNICA

valutazione tecnica sarà effettuata unicamente in relazione alle caratteristiche tecniche dei prodotti relativi alla voce 2A.

Domanda 2:

Con riferimento alla gara in oggetto, il lotto n. 2 Si veda risposta n. 1 prevede due voci e, quindi, l'offerta anche per la "Capsula monouso per la valutazione della pervietà intestinale":

Il lotto così composto identifica un'unica azienda e non ci permette di sottoporre la nostra offerta. Chiediamo pertanto la scissione in due voci distinte, al fine di consentire la più ampia partecipazione.

Risposta 2:

Domanda 3:

si chiede di indicare le parti del DGUE di | interesse la per presente procedura. Nel caso andasse compilata anche la PARTE IV CAPACITÀ Sezione B: **ECONOMICA** FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE) e la Sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE) si prega di voler indicare il triennio di interesse e le eventuali modalità di comprova dei requisiti.

Domanda 4:

relativamente alla cauzione provvisoria con la Si è possibile. presente siamo a chiedere se è possibile allegare nell'apposito campo una scansione della stessa con firma solo olografa del Garante e poi firmata digitalmente dall'Amministratore Unico dell'operatore economico.

In caso di risposta negativa si chiede di poter inviare tramite Corriere la copia originale cartacea della cauzione con firma olografa del Garante ed eventualmente a quale indirizzo.

Domanda 5:

Lotto 1: viene richiesta una Videocapsula con Per esigenze e crasso (colon).

Verificare la reale necessità clinica:

- Videocapsule a DOPPIA telecamera realmente necessarie per eseguire lo studio del COLON?
- N. Videocapsule a DOPPIA telecamera realmente necessarie per eseguire lo studio dell'intestino TENUE?

RICHIESTA: In base alla reale necessità valutare la possibilità di separare il Lotto 1 in due lotti cosi separati:

- Lotto 1A = Videocapsule a DOPPIA telecamera per lo studio dell'intestino tenue
- Lotto 1B) Videocapsula a DOPPIA telecamera per lo studio dell'intestico crasso (colon)

NOTA: La ... omissis .. è una capsula dotata di doppia telecamera, prodotta da una sola azienda e nasce per l'esplorazione dell'organo COLON, il suo impiego per visualizzare tutto il piccolo intestino richiede una "forzatura" della procedura con conseguente aumento di rischio di errore. Alcuni medici utilizzatori, per poter

Risposta 3:

Non è richiesta la compilazione del DGUE nelle parti indicate.

Risposta 4:

Risposta 5:

cliniche si confermano DUE telecamere per lo studio dell'intestino tenue | caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara.

beneficiare del vantaggio di avere una doppia telecamera anche per il piccolo intestino, hanno optato nel corso degli anni, per l'adozione di questa specifica capsula.

Domanda 6:

Lotto 2: viene richiesta una Videocapsula per Si veda risposta n. 1 l'intestino tenue.

All'interno del lotto viene chiesta una videocapsula e contestualmente al punto B viene chiesta una capsula monouso per la valutazione della pervietà intestinale. Quest'ultima capsula (... omissis ..) è prodotta ESCLUSIVAMENTE da una sola azienda.

RICHIESTA: sempre al fine di avere una maggior concorrenza vi chiediamo di dividere il lotto 2 in due lotti separati:

Lotto 2A= Videocapsule per intestino tenue monotelecamera;

Lotto 2B: Capsula monouso per la valutazione della pervietà intestinale

NOTA: la capsula per la verifica pervietà non è una capsula video, e sono presenti Studi scientifici pubblicati comprovanti il suo utilizzo sicuro in abbinamento ad altre capsule di pari dimensioni e pesi, o minori.

Per le ragioni di cui sopra, maggior concorrenza in primis, chiediamo di eliminare le ultime tre righe delle "Caratteristiche tecniche minime delle video capsule monouso" di cui all'allegato B (pag. 11 - 12)

Risposta 6:

Il Direttore U.O.C. Approvvigionamenti ad interim dr.ssa Maria Rosa Digiovinazzo