

## AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

### PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA PER LO STUDIO DI AUTOANTICORPI SPECIFICI MEDIANTE TECNICHE DI IMMUNOCHEMICA IN AUTOMAZIONE OCCORRENTI ALL'U.O.C. LABORATORIO ANALISI DELL'ASST DI VIMERCATE.

Si informa che la ASST di Vimercate con sede legale in Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, 20871 - intende procedere all'acquisizione, nel periodo di anni tre, di un sistema per lo studio di autoanticorpi specifici mediante tecniche di immunochimica in automazione e ritenute necessarie per la diagnostica delle malattie autoimmuni dell'U.O.C. Laboratorio Analisi dell'ASST di Vimercate:

Consumo stimato triennale:  
- n. 60.000 test.

Caratteristiche Specifiche:

- 1) Sistema completamente automatico non in micro piastra, random-access, multiparametrico, in modalità "multiplexing" cioè in grado di misurare in modo quantitativo/semiquantitativo più analiti in un'unica reazione, allo scopo di ridurre i tempi di analisi ed i costi in quanto gestisce gruppi prefissati di analisi contemporaneamente;
- 2) Utilizzo di provette primarie e secondarie identificate da bar-code;
- 3) Caricamento in continuo dei campioni;
- 4) Consumo di quantità minime di campione;
- 5) Gestione dei reagenti mediante bar-code;
- 6) Reattivi pronti all'uso e con lunga durata di conservazione;
- 7) Possibilità di mantenere i reagenti refrigerati sullo strumento;
- 8) Stabilità elevata delle calibrazioni;
- 9) Possibilità di aggiunta di ulteriori esami sui campioni già eseguiti (reflex);
- 10) Gestione del controllo di qualità integrato nel software del sistema;
- 11) Presenza del sistema analitico nei programmi di controllo di qualità esterni internazionali/nazionali;
- 12) Interfacciamento bidirezionale dello strumento col LIS del laboratorio e con un middleware per la gestione del settore autoimmunità.

Il presente avviso persegue le finalità di cui all'art. 66 comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. è volto pertanto a svolgere le consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura.

Il presente avviso inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), è volto a confermare l'esistenza di presupposti che consentono, ai sensi dell'art 63 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. il ricorso ad una eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Strumento di negoziazione: Piattaforma Sintel ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016) oppure ad individuare l'esistenza di soluzioni alternative.

E' necessario pertanto rivolgersi al mercato per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede, e quindi l'esistenza o meno di più operatori economici in grado di fornire il bene in questione.

Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire i dispositivi medici in oggetto, ovvero di suggerire e dimostrare la fornitura di dispositivi alternativi a quelli che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore, dovranno far pervenire una "Manifestazione di interesse" ed eventuali osservazioni, nonché dichiarazione di essere produttore esclusivo o distributore/fornitore esclusivo per l'Italia, **entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 27.12.2018** mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel, (Cpv di riferimento 33100000-1/ 33110000-4 33120000-7/ 33130000-0/ 33140000-3/ 33150000-6/ 33160000-9/ 33170000-2/ 33180000-5/ 33190000-8/ 33600000-6/ 33700000-7/ 33900000-9/ e Ateco C 32.50.12) specificando:

- l'oggetto della procedura di gara;
- i dati identificativi della società (ragione sociale, telefono, mail, etc).

Inoltre, poiché la piattaforma richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, si precisa che nell'apposito campo dovrà essere inserito il valore simbolico pari a € 0,1 di cui non si terrà conto.

La stazione appaltante si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

**I quesiti dovranno pervenire** per mezzo della funzionalità "Comunicazioni della procedura" in Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura **entro il giorno 18.12.2018, le risposte verranno fornite entro il giorno 20.12.2018.**

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima nell'interfaccia della presente procedura sulla piattaforma Sintel (sotto la voce "Allegati") accedendo all'indirizzo internet <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/> nella sezione "Bandi e Convenzioni\_Motore di ricerca Bandi su Sintel".

A tal fine è onere del concorrente tenere costantemente monitorati i siti sopra indicati.

#### **ART. 1 OGGETTO/FABBISOGNO CHE LA STAZIONE APPALTANTE INTENDE SODDISFARE**

L'ASST di Vimercate ha ravvisato la necessità di selezionare un contraente a cui affidare, per il periodo di anni tre, la fornitura di un sistema per lo studio di autoanticorpi specifici mediante tecniche di immunochimica in automazione e ritenute necessarie per la diagnostica delle malattie autoimmuni dell'U.O.C. Laboratorio Analisi, dell'ASST di Vimercate.

#### **ART. 2 QUANTITÀ E VALORE STIMATO TRIENNALE/COSTI ATTESI**

- n. **60.000 test**;

- **valore stimato di fornitura Euro 147.000,00 IVA esclusa comprensivo dei costi relativi all'apparecchiatura, interfacciamento bidirezionale (come da caratteristiche tecniche), reagenti, calibratori, controlli e consumabili.**

Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o sospendere o revocare la presente consultazione in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

Il presente avviso di consultazione non costituisce impegno all'indizione della procedura di gara da parte di questa Azienda o all'affidamento del contratto e non costituisce invito alla presentazione dell'offerta.

Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati dalla presente Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno trattati secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 66 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.).

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia agli art. 66 e ss del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore U.O.C. Approvvigionamenti  
Dott.ssa Maria Rosa Digiovinazzo

Per informazioni:

Dott.ssa Lucia Gallo tel. 039-6654238

Posta Elettronica Certificata: [gare@pec.asst-vimercate.it](mailto:gare@pec.asst-vimercate.it)