

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N. 1 CAPPA CHIMICA PER  
L'U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI CARATE BRIANZA****RISPOSTE ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

QUESITO	RISPOSTA
1) In riferimento alla richiesta di <i>'conformità alla norma tecnica UNI EN 14175'</i> si chiede di confermare che sia sufficiente che le cappe richieste siano dotate di certificazione CE-IVD in quanto trattasi di cappe per la gestione di formaldeide caratterizzate quindi da aspirazione frontale e dal basso (piano di lavoro) con apposita filtrazione mediante filtri a carboni attivi senza una norma precisa di riferimento.	1) Si conferma quanto riportato nella Lettera di invito.

Luogo e data

Vimercate, 11.02.2020

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore UOC Ingegneria Clinica  
Ing. Daniela Motta