



**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 CAPPA A FLUSSO LAMINARE BIOHAZARD PER  
L’U.O.C. LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIMERCATE**

**RISPOSTE ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

QUESITO	RISPOSTA
1) Richiesta dell’ID Sintel della procedura perché non reperibile sul portale	1) Trattasi di procedura di gara aperta e, pertanto, reperibile sulla stessa piattaforma Sintel con ID 125363730.
2) Richiesta di informazione tecniche relative all’ubicazione del locale di destino e se lo stesso è accessibile tramite montacarichi e porte di misure adeguate (fornendo le stesse).	2) I locali di destinazione non richiedono accesso tramite montacarichi. Tutti gli accessi presentano un’altezza di 210 cm e una larghezza compresa tra 180 e 120 cm, man mano che si procede dall’esterno dell’ospedale alle sedi di destinazione.
3) Indicazione del modello di cabina da smaltire.	3) Il modello della cabina da smaltire coincide con la denominazione dell’immagine allegata alla documentazione di gara. Nello specifico si tratta del modello HCS 48.

Luogo e data

Vimercate, 12.06.2020

Il Responsabile del Procedimento

Direttore UOC Ingegneria Clinica

Ing. Daniela Motta