

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 OTOSCOPIO PER L’UOC  
OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI VIMERCATE**

**RISPOSTE ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1) Chiedete il collaudo con manutenzione programmata, verifiche periodiche sulla sicurezza, controlli funzionali, di qualità, tarature, calibrazioni, manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, addestramento per l'utilizzo, è un refuso? Perché essendo l'apparecchio molto semplice da utilizzare non riteniamo che abbia necessità di formazione per l'utilizzo e di una manutenzione programmata e di verifiche periodiche. Se quindi questo servizio non venisse offerto è motivo di esclusione?	1) Si conferma quanto riportato nella RdO, ribadendo che si tratta di caratteristiche minimali e, qualora non incluse, saranno motivo di esclusione.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore UOC Ingegneria Clinica  
Ing. Daniela Motta

