



**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 APPARECCHIATURA PER MAGNETOTERAPIA PER
L’U.O.S. RIABILITAZIONE SPECIALISTICA NEUROMOTORIA DEL P.O. DI SEREGNO**

RISPOSTE ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI

QUESITO	RISPOSTA
1) La seguente caratteristica tecnica richiesta, ovvero “possibilità di archiviazione dati paziente e trasferimento dati mediante chiavetta USB o cavo dedicato, inclusi nella dotazione completo dell’eventuale software di gestione dati”, sembra essere troppo vincolante. Chiediamo se è possibile offrire un’apparecchiatura che risponda a tutte le caratteristiche tranne quella citata.	1) Si conferma quanto riportato nella RdO.

Luogo e data

Vimercate, 18.12.2020

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Ingegneria Clinica
Ing. Daniela Motta