



Vimercate 11.05.2017

**Oggetto: Risposte ai quesiti -INDAGINE DI MERCATO SVOLTA AL FINE DI INDIRE UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN LASER GIALLO PER LA SC OCULISTICA DEL PRESIDIO DI VIMERCATE**

- 1) A seguito Vs. richiesta di Indagine di Mercato, relativa all'acquisto di un Laser Giallo, per la S.C. Oculistica di Vimercate, Vi comunichiamo quanto segue:

Tra le caratteristiche tecniche, viene indicata la seguente dicitura, "trattamenti in onda continua e micropulsata", si parla in questo caso di definizione di "trattamento sottosoglia".

Vi è, unaprivativa industriale, che definisce il "trattamento micropulsato".

Il Laser Giallo, che Vi vorremmo proporre, permette il "trattamento sottosoglia", eseguito in modo differente.

Il "trattamento sottosoglia" del ns. Laser Giallo, viene definito EPM (Endo Point Management).

**Risposta punto 1.**

**Si conferma quanto riportato nell'Avviso esplorativo, ovvero la necessità clinica di disporre di tecnologia micropulsata.**

Direttore f.f. S.C. Approvvigionamenti

Avv. Maria Teresa Collico