



Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento del Servizio di Assistenza tecnica e Manutenzione full risk pluriennale di Sistemi TC a brand GE MEDICAL SYSTEMS installati presso il Presidio di Vimercate dell'ASST Brianza. Importo a base di gara € 570.000,00 per la durata di 60 mesi – CUI S09314320962202500069 – CPV 50400000-9

ID SINTEL n. 210172683

Verbale di gara n. 3
Analisi Offerta Tecnica (seduta riservata)

Il giorno 02 febbraio 2026, alle ore 14:30 presso l'ufficio del Presidente della Commissione Giudicatrice, sito in Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. 10 – 20871 Vimercate (MB), piano 2, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione 4 del 14 gennaio 2026 e così composta:

- Presidente: Ing. Daniela Motta – Direttore S.C. Ingegneria Clinica dell'ASST Brianza;
- Componente: Dr. Alessio Moscato, Dirigente Fisico Servizio di Fisica Sanitaria;
- Componente: Ing. Davide Giuseppe D'Urso, collaboratore tecnico S.C. Ingegneria Clinica;

per procedere nella valutazione tecnica delle offerte relative ai punti n. 1.6 – 1.7 – 1.8 – 1.9 – 1.10 degli operatori economici partecipanti.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice richiama il Verbale di gara n. 2 del 20 gennaio 2026 avvalendosi del foglio di lavoro Excel denominato "Valutazione_Offerte".

La Commissione rileva la necessità di approfondire tramite chiarimento alcuni elementi di valutazione, come meglio riportati di seguito:

Operatore economico: RTI MTE – FENICEMED:

- Relativamente al sub-criterio di valutazione 1.6 "*MANUTENZIONE CORRETTIVA: possibilità di implementazione del servizio di tele diagnosi/teleassistenza*" dall'offerta tecnica viene confermata che la società è strutturata e organizzata per gestire il servizio richiesto. Non viene illustrata però la modalità operative di implementazione del servizio richiesto. Si chiede di chiarire come tale servizio possa essere concretamente implementato;
- Relativamente al sub-criterio di valutazione 1.8 "*MANUTENZIONE PROGRAMMATA: aderenza ai protocolli di casa madre*" dall'offerta tecnica viene confermata aderenza ai Protocollo di Casa Madre. Si chiede di chiarire l'aderenza ai protocolli di Casa Madre allegando fac-simile dei protocolli impiegati per le tecnologie oggetto di appalto (apparecchiature e workstation post elaborazione);

Operatore economico: POLYGON S.P.A.:

- Relativamente al sub-criterio di valutazione 1.6 "*MANUTENZIONE CORRETTIVA: possibilità di implementazione del servizio di tele diagnosi/teleassistenza*" dall'offerta tecnica viene data disponibilità all'erogazione del servizio richiesto, ma non viene data conferma della sua implementazione, dichiarando che questo dipende dalle tecnologie. Si chiede pertanto di chiarire se il servizio è garantito sulle specifiche tecnologie oggetto di appalto;
- Relativamente al sub-criterio di valutazione 1.8 "*MANUTENZIONE PROGRAMMATA: aderenza ai protocolli di casa madre*". Si chiede di chiarire l'aderenza ai protocolli di Casa Madre allegando fac-simile dei protocolli impiegati per le tecnologie oggetto di appalto (workstation post elaborazione);



Il Presidente alle ore 16:30 dichiara chiusa l'odierna seduta e rimanda al RUP per il seguito di competenza.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in numero 5 pagine totali (incluso allegato "Valutazione_Offerte") che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Presidente: Ing. Daniela Motta

Daniela Motta

Componente: Dr. Alessio Moscato

Alessio Moscato

Componente: Ing. Davide Giuseppe D'Urso

Davide Giuseppe D'Urso

Documento originale firmato in atti.

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93.